

产品质量检验报告 (COA)


产品名称	Cell Counting Kit-8 (CCK-8) 细胞增殖试剂盒		
货 号	C6005S/C6005M/C6005L/C6005XL/C6005XXL/C6005Z	储存条件	4℃避光保存, 长期储存置于-20℃。
批 次	088D0302	限用日期	2024 年 3 月 28 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发 (Ex) 发射波长 (Em)	N/A

质控内容

检测项目	合格标准	检测结果
包装	完好, 无破损	合格
颜色和性状	红色溶液	合格
重量或体积	足量	合格

附表/图

线性关系符合标准, $R^2 > 0.99$, 与标准对照组差异 10% 以内, 质检通过。



质控结论	合 格	报告日期	2021 年 3 月 31 日
检验员 (QC)	魏振 2021.3.31	复核员 (QA)	俞秋年 2021.3.31

