

产品质量检验报告 (COA)


产品名称	Cell Counting Kit-8 (CCK-8) 细胞增殖试剂盒		
货 号	C6005M	储存条件	4℃避光保存, 长期储存置于-20℃。
批 次	210825L1-03	限用日期	2024 年 8 月 24 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发 (Ex) 发射波长 (Em)	N/A

质控内容

检测项目	合格标准	检测结果
包装	完好, 无破损	合格
颜色和性状	红色溶液	合格
重量或体积	5-5.25ml	合格

附表/图

线性关系符合标准, $R^2 > 0.99$, 与标准对照组差异 10%以内, 质检通过。



质控结论	合 格	报告日期	2021 年 10 月 15 日
检验员 (QC)	李应书 2021.10.15	复核员 (QA)	俞秋华 2021.10.15

