


产品质量检验报告 (COA)

产品名称	Cell Counting Kit-8（CCK-8）细胞增殖试剂盒		
货 号	C6005S/C6005M/C6005L/C6005XL/C6005XXL/C6005Z	储存条件	4℃避光保存，长期 储存置于-20℃。
批 次	210825L1-1	限用日期	2024 年 8 月 24 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	N/A
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损	合格	
颜色和性状	红色溶液	合格	
重量或体积	足量	合格	
附表/图			
线性关系符合标准，R ² > 0.99，与标准对照组差异 10%以内，质检通过。			
			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 8 月 31 日
检验员（QC）	魏强 2021.9.1	复核员（QA）	俞秋华 2021.09.01

