



产品质量检验报告 (COA)

产品名称	YF®647A Click-iT EdU 成像试剂盒（远红荧光）		
货 号	C6018S、C6018M、 C6018L、C6018XL、 C6018Z	储存条件	-20℃ 避光保存
批 次	337D0201	限用日期	2026 年 12 月 2 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	650/670nm
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损	合格	
颜色和性状	A、C 组分无色溶液 B 组分蓝色溶液 D 组分淡蓝色溶液 E 组分白色粉末 F 组分黄色溶液	合格	
重量或体积	足量	合格	
附表/图			
			
加羟基脲		不加羟基脲	
加羟基脲组无荧光信号，不加羟基脲组较强荧光信号。 实验组比对照组荧光亮度相当。			
质控结论	合 格	报告日期	2021-7-5
检验员（QC）	俞秋华 2021.7.5	复核员（QA）	朱君 2021.7.5

