

产品质量检验报告 (COA)

产品名称	YF®488 Click-iT EdU 流式检测试剂盒（绿色荧光）		
货 号	C6019M	储存条件	-20℃ 避光保存
批 次	323D0101	限用日期	2026 年 11 月 25 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	B 组分 495/519 nm
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损	合格	
颜色和性状	A：无色溶液 B：黄色溶液 C：无色溶液 D：淡蓝色溶液 E：白色粉末	合格	
重量或体积	A：0.4 -0.424mL B：100 -106μL C：2 -2.1mL D：0.8 -0.84mL E：60-61.2mg	合格	
附表/图			
zhijianjiayao - R1 BL1-A zhijianbujiaoyao - R1 BL1-A			
加羟基脲组几乎无信号，不加羟基脲组较强荧光信号，细胞分群良好，质检通过。			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 11 月 12 日
检验员（QC）	俞秋华 2021.11.12	复核员（QA）	钱正春 2021.11.12

