

产品质量检验报告 (COA)

产品名称	Firefly Luciferase Assay Kit (萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒)				
货号	F6024L	储存条件		-20℃保存	
批次	210426D1-1	限用日期		2024年4月26日	
分子式	N/A	分子量		N/A	
CAS号	N/A	最佳激发 (Ex) 发射波长 (Em)		N/A	
质控内容					
检测项目	合格标准		检测结果		
包装	完好, 无破损		合格		
颜色和性状	A: 无色粘稠液体		合格		
	B: 无色透明液体				
	C: 淡灰绿色粉末				
重量或体积	A: 20-21ml		合格		
	B: 20-21ml				
	C: 4-4.24mg				
附表/图					
荧光值实验组与对照组比值在 80%以上, 质检通过。					
批次		重复 1	重复 2	重复 3	Ave
对照批次		551516	555710	553513	553579.7
210426D1-1		656096	656743	659073	657304
质检结论	合格	报告日期		2021年10月26日	
检验员 (QC)	张永强 2021.10.26	复核员 (QA)		李永强 2021.10.26	

