



产品质量检验报告 (COA)

产品名称	人肺癌组织淋巴细胞分离液 KIT		
货 号	H9005/H9005Z	储存条件	常温保存
批 次	210831E5-1	限用日期	2023 年 8 月 30 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	N/A
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损,无漏液	合格	
颜色和性状	A,B,C,D,E 组分均为带有乳光或微乳光的 注射水溶液；F 组分为棕盖无色透明管 身的离心管	合格	
重量或体积	足量	合格	
pH 值	A,B,C,D,E 组分 7.0±0.5	合格	
内毒素	A,B,C,D,E 组分≤1EU/ml	合格	
无菌	培养 14 天后培养基澄清透明	合格	
附表/图			
N/A			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 10 月 09 日
检验员 （QC）	 2021.10.9	复核员 （QA）	 2021.10.09

