

产品质量检验报告 (COA)

产品名称	人脏器组织淋巴细胞分离液 KIT		
货 号	H9006/H9006Z	储存条件	常温保存
批 次	210831E6-1	限用日期	2023 年 8 月 30 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发 (Ex) 发射波长 (Em)	N/A
质控内容			
检测项目	合格标准		检测结果
包装	完好, 无破损, 无漏液		合格
颜色和性状	A,B,C,D,E 组分均为带有乳光或微乳光的 注射水溶液; F 组分为棕盖无色透明管 身的离心管		合格
重量或体积	足量		合格
pH 值	A,B,C,D,E 组分 7.0 ± 0.5		合格
内毒素	A,B,C,D,E 组分 $\leq 1\text{EU/ml}$		合格
无菌	培养 14 天后培养基澄清透明		合格
附表/图			
N/A			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 10 月 09 日
检验员 (QC)	魏 坤 2021.10.9	复核员 (QA)	俞 华 2021.10.09

