



产品质量检验报告 (COA)

产品名称	细胞冻存液（含血清含 DMSO，适用所有细胞）		
货 号	H9022/H9022Z	储存条件	-20℃ 保存
批 次	210831E17-1	限用日期	2022 年 8 月 30 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	N/A
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损，无漏液	合格	
颜色和性状	澄清注射水溶液	合格	
重量或体积	足量	合格	
pH 值	7.0±0.5	合格	
内毒素	≤0.5EU/ml	合格	
无菌	培养 14 天后培养基澄清透明	合格	
附表/图			
N/A			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 9 月 15 日
检验员 （QC）	 2021.9.16	复核员 （QA）	 2021.09.16

