


产品质量检验报告 (COA)

产品名称	FluoLyso™ Red（溶酶体红色荧光探针）		
货 号	L4086S、L4086L、 L4086Z	储存条件	-20℃避光保存
批 次	210917Z1-1	限用日期	2024 年 09 月 16 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	577/590 nm
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损	合格	
颜色和性状	深蓝色溶液	合格	
重量或体积	足量	合格	
附表/图			
染色效果明显，符合质量标准，质检通过。			
			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 09 月 27 日
检验员（QC）	李孟书 2021.09.27	复核员（QA）	李秋华 2021.9.27

