

# 产品质量检验报告（COA）

|                                                                                     |                             |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 产品名称                                                                                | 预染蛋白双色 Marker（10-250kDa）    |                      |                  |
| 货 号                                                                                 | P8028S/P8028M/P8028L/P8028Z | 储存条件                 | 4℃保存，长期保存置于-20℃。 |
| 批 次                                                                                 | 210117E1-3                  | 限用日期                 | 2024 年 1 月 16 日  |
| 分子式                                                                                 | N/A                         | 分子量                  | N/A              |
| CAS 号                                                                               | N/A                         | 最佳激发（Ex）<br>发射波长（Em） | N/A              |
| 质控内容                                                                                |                             |                      |                  |
| 检测项目                                                                                | 合格标准                        | 检测结果                 |                  |
| 包装                                                                                  | 完好，无破损                      | 合格                   |                  |
| 颜色和性状                                                                               | 蓝色溶液                        | 合格                   |                  |
| 重量或体积                                                                               | 足量                          | 合格                   |                  |
| 附表/图                                                                                |                             |                      |                  |
| 三个上样浓度下条带均能明显分离，符合质量标准，质检通过。                                                        |                             |                      |                  |
|  |                             |                      |                  |
| 质控结论                                                                                | 合 格                         | 报告日期                 | 2021 年 8 月 30 日  |
| 检验员（QC）                                                                             | 李亚东 2021.08.30              | 复核员（QA）              | 李秋华 2021.08.30   |

