

产品质量检验报告 (COA)

产品名称	Qbtest™ X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级款						
货号	Q2038S/Q2038L/Q2038Z	储存条件	4℃避光保存				
批次	082D0302-5	限用日期	2024年3月22日				
分子式	N/A	分子量	N/A				
CAS号	N/A	最佳激发 (Ex) 发射波长 (Em)	A组分: 480/520 nm (结合 dsDNA)				
质控内容							
检测项目	合格标准		检测结果				
包装	完好, 无破损		合格				
颜色和性状	A:橙红色溶液 B:无色溶液 C:无色溶液 D:无色溶液		合格				
重量或体积	足量		合格				
附表/图							
实验组与对照组相比, 偏差在 5%以内, 质检通过。							
	对照	质检					
		avg	avg	CV			
标准品1	29.69		31.66				
标准品2	13740.64		13729.22				
样品1	9.24	9.76	9.5	9.73	9.52	9.625	1.30%
样品2	20.2	19.1	19.65	20.6	19.7	20.15	2.50%
样品3	40.6	41.1	40.85	39.5	40	39.75	2.80%
质控结论	合格		报告日期	2021年8月30日			
检验员 (QC)	魏振 2021.8.30		复核员 (QA)	俞秋华 2021.8.30			

