

## 产品质量检验报告 (COA)

产品名称	Qbtest™ X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级款						
货号	Q2038S/Q2038L/Q2038Z	储存条件	4℃避光保存				
批次	210901Z1-1	限用日期	2024年8月31日				
分子式	N/A	分子量	N/A				
CAS号	N/A	最佳激发 (Ex) 发射波长 (Em)	A 组分: 480/520 nm (结合 dsDNA)				
质控内容							
检测项目	合格标准		检测结果				
包装	完好, 无破损		合格				
颜色和性状	A:橙红色溶液 B:无色溶液 C:无色溶液 D:无色溶液		合格				
重量或体积	足量		合格				
附表/图							
实验组与对照组相比, 偏差在 5%以内, 质检通过。							
	-对照			-质检			
			avg			avg	CV
标准品 1	27.88			28.55			
标准品 2	13397.15			13432.38			
样品 1	40.8	41.6	41.2	40.6	40.4	40.5	1.70%
样品 2	21	19.9	20.45	19.5	19.7	19.6	4.20%
样品 3	9.12	9.39	9.255	9.37	9.38	9.375	1.30%
质控结论	合格		报告日期	2021年9月16日			
检验员 (QC)	 2021.9.16		复核员 (QA)	 2021.09.16			

