

## 产品质量检验报告 (COA)

产品名称	Qbtest™ X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级款						
货号	Q2038L	储存条件	4°C 避光保存				
批次	210901Z1-04	限用日期	2024 年 8 月 31 日				
分子式	N/A	分子量	N/A				
CAS 号	N/A	最佳激发 (Ex) 发射波长 (Em)	A 组分: 480/520 nm (结合 dsDNA)				
质控内容							
检测项目	合格标准		检测结果				
包装	完好, 无破损		合格				
颜色和性状	A: 橙红色溶液 B: 无色溶液 C: 无色溶液 D: 无色溶液		合格				
重量或体积	A: 1.25ML-1.3125ML B: 250ML-255ML C: 5ML-5.25ML D: 5ML-5.25ML		合格				
附表/图							
此批次与标准批次的偏差值在标准范围以内, 符合质量标准, 质检通过。							
	对照		质检				
		平均值		平均值	CV		
标准品 1	27.53		26				
标准品 2	13547		14704				
样品 1	3.65	3.88	3.765	3.48	4	3.74	0.6%
样品 2	16.1	17.6	16.85	16.5	17.5	17	3%
样品 3	34.9	32.9	33.9	32.2	34.6	33.9	0
质控结论	合格		报告日期	2021 年 11 月 08 日			
检验员 (QC)	张友 2021.11.08		复核员 (QA)	李华 2021.11.08			

