




产品质量检验报告 (COA)

产品名称	SuperView™ 488 Caspase-3 活细胞分析试剂盒		
货 号	S6007S	储存条件	储存于 4℃，其中 A 组分需避光
批 次	210520G1-1	限用日期	2024 年 05 月 19 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	A 组分 500/530 nm (with DNA)
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损	合格	
颜色和性状	A 组分：淡红色液体	合格	
	B 组分：无色透明液体		
重量或体积	A 组分：125-132.5 μ L	合格	
	B 组分：20-22 μ L		
附表/图			
			
正常细胞	诱导凋亡	加抑制剂	
处理组细胞与未处理组细胞凋亡数目有明显差异，质检通过。			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 10 月 22 日
检验员（QC）	俞秋华 2021.10.22	复核员（QA）	钱宇 2021.10.22

