


产品质量检验报告 (COA)

产品名称	YF®594 TUNEL 细胞凋亡试剂盒（红色荧光）		
货 号	T6014S, T6014L, T6014Z	储存条件	-20℃储存，组分 B 需避光，避免反复
批 次	210705L1	限用日期	2024 年 7 月 4 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	590 / 617 nm
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损	合格	
颜色和性状	各组分无明显颜色	合格	
重量或体积	足量	合格	
附表/图			
			
染色效果明显，所有细胞均能染色，无明显背景，符合质量标准，质检通过。			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 7 月 14 日
检验员（QC）	李代新	复核员（QA）	李代新 2021.07.14

