



产品质量检验报告 (COA)

产品名称	YF®488-Annexin V/PI 细胞凋亡试剂盒		
货 号	Y6002S、Y6002M、 Y6002L、Y6002Z	储存条件	4℃避光冷藏，请勿冻存
批 次	331D0101	限用日期	2023 年 11 月 25 日
分子式	N/A	分子量	N/A
CAS 号	N/A	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	YF®488-AnnexinV: Ex/Em = 490/515 nm PI: Ex/Em = 535/617 nm (with DNA)
质控内容			
检测项目	合格标准		检测结果
包装	完好，无破损		合格
颜色和性状	A: 1×Annexin V Binding buffer 无色液体		合格
	B: YF488-Annexin V	无色液体	
	C: PI	红色	
重量或体积	足量		合格
附表/图			
 10zhijian - R1 凋亡处理  0zhijian - R1 未处理 处理组细胞与未处理组细胞凋亡数目有明显差异。分群效果良好，符合质量标准。			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 7 月 22 日
检验员（QC）	俞秋华 2021.07.22	复核员（QA）	钱强 2021.7.22

