

抗荧光淬灭封片剂

产品货号

A4083

产品规格

5 mL

储存条件

4°C避光保存，有效期见外包装。使用前，将其恢复至室温，轻微震荡混匀，避免产生气泡。

产品介绍

抗荧光淬灭封片剂是一种能够减缓荧光淬灭并且固化玻片从而形成永久硬密封的试剂，固化后的玻片无需使用指甲油或其他密封剂密封盖玻片的边缘。

使用方法

1. 细胞样品

- (1) 染色完毕后，吸掉液体。
- (2) 每个玻片上滴加 10-20 μL 的封片剂，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞充分接触到封片剂，操作时缓慢盖上盖玻片使封片剂自然晕开，尽量不要有气泡。
- (3) 荧光显微镜观察。
- (4) 观察结束后，放置 4°C或室温，过夜封片，注意避光。

注：为防止气泡生成可适当增加封片剂量，如大盖玻片可滴加 100-200 μL ，然后置于 37°C烘箱 1-2 h 加速固化。

2. 组织切片

- (1) 染色完成后，吸掉染色液。
- (2) 滴加 10-20 μL 的抗荧光淬灭封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让组织充分接触封片剂，操作时缓慢盖上盖玻片使封片剂自然晕开，尽量不要有气泡。
- (3) 荧光显微镜观察组织切片。
- (4) 观察结束后，放置 4°C或室温，过夜封片，注意避光。

注：为防止气泡生成可适当增加封片剂量，如大盖玻片可滴加 100-200 μL ，然后置于 37°C烘箱 1-2 h 加速固化。

3. 其他样品

其他样品可参照上述样品进行操作。

注意事项

1. 抗荧光淬灭封片剂对于染色活细胞膜染料和线粒体染料的抗淬灭效果不佳，建议抗荧光淬灭封片剂用于固定透化的细胞或者组织。
2. 抗荧光淬灭封片剂与我们的 YF®488 染料搭配时，有可能产生背景干扰，这种情况可能是加入过多本品造成，应尽量减少本品的加入量。
3. 抗荧光淬灭封片剂可能会不适用于某些染料，建议进行预实验测试匹配性。
4. 封片过程中，应避免湿气太重的地方，如果抗荧光淬灭封片剂吸入太多水汽，会影响封片效果。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。